



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE NR: B1002G

**Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
ul.Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz**

w 2020 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie hematologii w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 8 z 8 analitów ocenianych w programie. Laboratorium uzyskało na aparacie 08-40-07 w arkuszu nr 2 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
Hematokryt	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
Hemoglobina	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
Krwinki czerwone (RBC)	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
Krwinki białe (WBC)	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
Krwinki płytkowe (PLT)	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
SSH (MCHC)	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
SMH (MCH)	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
SOK (MCV)	(++) +	(++) +	(++) +	(-) -	dobra

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu (+) dla wyników w obu materiałach.

N/O - analit nie oznaczony / nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowolająca" - ocena pozytywna " + " uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna " + " uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna " + " nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 21.12.2020 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź