ZAŚWIADCZENIE

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE **NR:B1002G**

Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
ul.Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

w 2021 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 3 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 10 z 10 analitów ocenianych w programie.
Lokalizacja aparatu: POCT .
Laboratorium uzyskało na aparatach następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
kod aparatu / arkusz	03-42-11 / 1	03-42-11 / 1	03-42-07 / 3	03-42-07 / 1	
lokalizacja	OION/ Intens Neonatologia	OION/ Intens Neonatologia	Od. Intens.Opieki nad Noworodk	Od. Intens.Opieki nad Noworodk	
pH	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	bardzo dobra
pCO2	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	bardzo dobra
pO2	(+ + +) +	(+ + +) +	(- + +) +	(- + +) +	bardzo dobra
HCO3- akt.	(+ + +) +	(- + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	bardzo dobra
Sód	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	bardzo dobra
Potas	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	bardzo dobra
Chlorek	(+ + +) +	(+ + -) +	(+ - -) -	(+ + +) +	dobra
Wapń (zjonizowany)	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + -) +	(+ + +) +	bardzo dobra
Glukoza	(- + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	(+ + +) +	bardzo dobra
Mleczan	(- + -) -	(+ + -) +	(+ - -) -	(+ + -) +	zadowalająca

OBJAŚNIENIA
" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;
" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;
Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w pojedynczej edycji przynajmniej dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w trzech materiałach.
N/O - składnik nie oznaczany/ nie poddany ocenie (0 0 0);
Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w czterech edycjach;
Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w trzech edycjach;
Ocena roczna "zadowalająca" - ocena pozytywna " + " uzyskana w dwóch edycjach;
Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna " + " uzyskana w jednej edycji;
Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna " + " nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Barbara Przybył-Hac;
COBJwDL
Data: 2021.12.15 14:59:36 CET

Łódź, 15.12.2021 r.
COBJWDL.ZASW.C.0306.1.2021.4.B1002G.3
Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.